

審査等業務の過程に関する記録

開催日時		2026年3月23日 18:00～19:00			
開催場所		福岡県福岡市中央区大名2-6-39 ジラソーレビル5階 WEB (ZOOM)			
議題区分		再生医療等提供計画書の審査			
治療名・分類		変形性関節症に対する多血小板血漿関節内投与療法			
再生医療等を提出した医療機関の名称		医療法人社団再星会 ひざのセルクリニック札幌院			
再生医療等提供計画を提出した医療機関管理者		院長 川上 公誠			
提供計画番号					
資料の受理日		2026/3/16日、資料の確認を行なった。			
氏名	性別	構成要件	審査対象となる医療機関との利害関係	認定再生医療等委員会設置者との利害関係	出欠
森下 竜一	男	①分子生物学	無	無	○
坂口 尚	男	②再生医療等	無	無	
富田 哲也	男	②再生医療等	無	無	○
中神 啓徳	男	③臨床医	無	無	
島村 宗尚	男	③臨床医	無	無	
阪井 丘芳	男	③臨床医	無	無	
志水 秀郎	男	③臨床医	無	無	
丸田 耕一郎	男	④細胞培養加工	無	無	○
平井 昭光	男	⑤法律	無	無	
吉田 雅幸	男	⑥生命倫理	無	無	○
田中 佐智子	女	⑦生物統計等	無	無	
大山 ナミ	女	⑧一般	無	有	
麻生 朋子	女	⑧一般	無	無	○
鈴木 萌	女	⑤法律	無	無	○
劉 懷旭	男	④細胞培養加工	無	無	
省令第63条第1項第1号			適合		
省令第63条第1項第2号			適合		
省令第63条第1項第3号			適合		
省令第63条第1項第4号			適合		
省令第63条第1項第5号			適合		
技術専門員評価書			医療法人 美喜会 理事長 坂本貞範		
議論の概要と意見		再生医療等提供計画書および技術専門員による評価書を確認のうえ、再生医療等提供基準チェックリストに基づき審査を実施した。その結果、当該再生医療等提供計画については、再生医療等に使用される技術の安全性の確保および生命倫理への十分な配慮がなされており、再生医療等提供者が講ずべき措置についても適切に講じられるものと判断した。また、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」ならびに同施行規則に則った再生医療の提供であると判断した。加えて、「提供する再生医療等の妥当性についての検討内容」に記載された「科学的妥当性および評価方法」についても確認を行った。さらに、当該医療機関と当委員会との間に、審査結果に影響を及ぼし得る利害関係が存在しないことを確認した。審査においては、各委員に対し質問および意見の有無を求めたところ、個人開設から医療法人化への移行に伴い、個人開設分の廃止届の提出時期について確認があった。また、委員より、個人開設時からの定期報告の取扱いについて指摘があり、今後は適切に定期報告を実施することが求められた。また、細胞培養加工施設の範囲および設備・器具の配置図に示されたカーテンによる仕切りについて、衛生管理上の観点から問題がないか確認を行った。あわせて、個人院運用時の製造管理基準書を確認し、当時、カーテン設置に関する特段の指定がなかったことを踏まえつつも、現状において既に設置されている場合は衛生管理上の懸念を避けるため、当該カーテンは取り外すことが望ましいとの意見で整理された。以上のほか特段の発言はなかったため採決を行い、全会一致により本提供計画を「適切」と判定した。			
意見		本提供計画書は適切と判断する。			